

四平市中医医院 立式灭菌器询价采购公告

一、项目概况

四平市中医医院现公开询价采购立式灭菌器一台。欢迎符合资格条件的供应商参与询价。请有意向的供应商于本公告发布之日起3个工作日内（即截至2026年7月2日16时前），将加盖公章的报价单及相关资质文件复印件递交至四平市中医医院物流中心。

二、采购预算：1.5万元

三、采购方式：询价

四、采购内容及技术要求

设备名称：立式灭菌器

数量：1台

主要技术参数要求（必须满足或优于以下指标）：

1. 容积：50L
2. 设计压力：-0.1~0.3MPa
3. 设计温度：150℃
4. 使用寿命：8年（16000次灭菌循环）
5. 控制阀门：进口直动式电磁阀 ≥ 2 个，质量稳定可靠，手动球阀 ≥ 1 个
6. 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源
7. 注水方式：手动注水

8. 排水方式：可设定自动排水，设定自动排水后，程序运行结束后设备内的水将自动排至集液水箱内

9. 冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排

10. 压力表：量程：-0.1~0.5MPa 精度等级：1.6 级以上

11. 程序名称：设有标准程序、实验室程序、自定义程序，共 108 个程序可供选择 and 设定。

(1) 标准程序包括标准 134、标准 121、BD 测试、真空测试；

(2) 实验室程序包括液体程序、固体废弃物、液体废弃物、培养基程序、溶解保温、玻璃器皿；

(3) 自定义程序可储存 98 个不同参数的程序。

12. 参数范围：

(1) 灭菌温度设定范围：105℃~138℃

(2) 溶解温度设定范围：40℃~105℃

(3) 灭菌时间可设范围：0~9999min

(4) 脉动次数可设范围：0~10 次

(5) 保温温度可设定范围：45℃~134℃

(6) 保温时间可设定范围：0~9999min

(7) 预约时间可设定范围：0~9999min

五、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
6. 具备医疗器械经营许可证或生产许可证
7. 所投产品须具备医疗器械注册证或备案凭证
8. 能够协助医院办理特种设备证

六、报价文件组成

1. 报价单（含设备型号、单价、总价、交货期等）
2. 营业执照副本复印件
3. 医疗器械注册证或备案凭证
4. 产品彩页或技术说明书
5. 售后服务承诺书
6. 供应商联系方式（地址、联系人、电话、邮箱）

七、医院联系方式

设备咨询联系人：郭成文

联系电话：18004349456

报名咨询联系人：骆阳

联系电话：15044411272

